

METRAMEX, by FAICIC
VERACRUZ, MEX.

Alicia Abigail Esquivel Aquino

Nombre: _____ ID: _____
Sexo: Femenino Edad: 31
Factor: 100 (Hispano)
Estatura: 163cm Peso: 79kg IMC: 29.7

Transductor tipo Turbina

(*corresponde al mejor automático; ^ al mejor manual)

	FEV1	FVC	FEV1/FVC	PEF	Varia.	Advertencia	Hora:
Basal	Fecha: 01/01/00						
Basal	2.93	3.09	94.8	385	-7%	Corto soplido	00:17
Basal	2.99	3.30	90.6	398	-1%	Corto soplido	00:18
Basal	3.03	3.32	91.3	415	0%	Corto soplido	00:19
Basal	2.99	3.35	89.3	450	*	Corto soplido	00:20

Variación está basada en FVC.


ATS/ERS Criterio de Calidad (Forzada):
Basal: Satisfecho (4 Corto soplido).

Mejor resultado de la espirometría:

	Basal	%Pr	Min	Pred	Max	Post	%Pr	%Chg
FEV1	2.99	100	2.11	3.00	3.89			l
FEV6	3.35							l
FVC	3.35	95	2.71	3.52	4.33			l
PEF	450	116	242	388	535			l/min
FEV1/FVC	89	104	74	86	98			%
FEF25-75	3.73	106	1.58	3.53	5.47			l/s
FET	2.8							s

Interpretación (ATS): Espirometría normal.

Lazo Volumen Flujo



Valores Normales: Knudson (Adulto);
Knudson (Niño)
Resultados a BTPS