

Spirometry v1.34

01/01/00 00:00

METRAMEX. by FAICIC
VERACRUZ. MEX.

Informe de calibración del transductor a turbina

Transductor serie No: 37814

Ultima verificación de la calibración 01/01/00 00:01

Calib. Espiratoria: -1.7% (flujo medio 3.71/seg)

Calib. Inspiratoria: -1.3% (flujo medio 3.11/seg)

Estado de verificación de calibración: APROBADO

Número de Serie: 68900

Firma del Operador: _____

Spirometry v1.34

01/01/00 00:31

METRAMEX. by FAICIC
VERACRUZ. MEX.

Nombre: ARTURO CONTRERAS NOR ID: _____

Sexo: Masculino Edad: 33

Factor: 100(Hispano)

Estatura: 165cm Peso: 82kg IMC: 30.1

Transductor tipo Turbina

(*corresponde al mejor automático; ^ al mejor manual)

FEV1 FVC FEV1/FVC PEF Variac. Advertencia Hora:

Basal Fecha: 01/01/00

Basal 3.91 4.26 91.8 464 0% Corto soplido 00:21

Basal 3.87 4.30 90.0 578 * Corto soplido 00:22

Basal 3.84 4.24 90.6 502 -1% Corto soplido 00:23

Basal 3.74 4.18 89.5 550 -2% Corto soplido 00:25

Basal 3.80 4.31 88.2 510 0% Poco esfuerzo 00:26

Basal 3.80 4.21 90.3 509 -2% Corto soplido 00:27

Basal 3.73 4.20 88.8 552 -2% Corto soplido 00:30

Variación está basada en FVC.

ATS/ERS Criterio de Calidad (Forzada):


Basal: Satisfecho (6 Corto soplido).

Mejor resultado de la espirometría:

	Basal	%Pr	Min	Pred	Max	Post1	%Pr	%Chg
FEV1	3.87	111	2.76	3.49	4.22			1
FEV6	4.30							1
FVC	4.30	103	3.37	4.16	4.95			1
PEF	578	115	296	502	707			1/min
FEV1/FVC	90	108	72	83	94			%
FEF25-75	4.83	126	2.12	3.84	5.55			1/s
FET	2.8							s

Interpretación (ATS): Espirometría normal.

Lazo Volumen Flujo



Curva Volumen Tiempo

